

ЗОІ-1/39
16/V-66г.

С П Р А В К А

12 мая 1966 г. на заседании комиссии по инструментам, аппаратам и приборам, применяемым в общей хирургии Комитета по новой медицинской технике Министерства здравоохранения СССР были рассмотрены медико-технические требования на опытно-конструкторскую разработку "модернизация дефибриллятора ИДК-1 ВЭИ и разработка технической документации в экспортно-тропическом исполнении".

Комиссия вынесла следующее решение:

Медико-технические требования на опытно-конструкторскую разработку "Модернизация дефибриллятора ИД-1-ВЭИ и разработка технической документации в экспортно-тропическом исполнении" - утвердить без изменений.

В связи с тем, что дефибриллятор весом в 16 кг может быть разработан после получения конденсатора облегченного типа, который Серпуховский завод может выпустить только в 1967г., просить Главное управление медицинской техники Министерства здравоохранения СССР перенести окончание разработки на 1967г.

Ученый секретарь
Комитета по новой медицинской
технике МЗ СССР



Е.Маневич

Е.Маневич

" " мая 1966г.